

Bőrfertőtlenítés

ASEPTODERM® coloured

Színezett, alkoholtartalmú bőrfertőtlenítő szer

- műtét előtti bőrfertőtlenítés
- színezett oldat a könnyebb használatért
- bőrbarát összetevők



A készítmény típusa

Használatra kész, alkoholtartalmú bőrfertőtlenítő szer. Az Aseptoderm coloured színezett, ezért a fertőtlenített terület jól látható a műtétek előtti, illetve azok utáni bőrfertőtlenítés során.

Jól alkalmazható az Aseptoderm coloured injekciók, incíziók, punkciók, vérvétel, katéterezés, kisebb műtéti beavatkozások, baleseti- és bageatl sérülések estén is.

A termék kiemelkedően bőrbarát és mentes a hosszú távú hatóanyagoktól melyek irritáló hatásúak lehetnek az érzékeny bőrön. Ezért különösen bőrbarát. Aldehyd-, fenol- és QAC-mentes, valamint spóramentesen szűrt.

Alkalmazási területek

Ajánlott injekciók, incíziók és punkciók előtti, valamint pre- és posztoperatív bőrfertőtlenítésre.

Felhasználás

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Permetezze a kezelendő bőrfelületre, vagy kenje be a fertőtlenítendő részeket. Ügyeljünk arra, hogy a bőrfelület a behatási idő végéig nedves maradjon.

Antimikrobiális spektrum

- baktericid (MRSA is)
- yeasticid
- szelektív virucid (HBV/HIV/BVDV/HCV/Vaccinia/Influenza)
- tuberkulocid

Behatási idők

Szállítási egységek

Kiszárlási egység	Szállítási egység
250 ml spray	20 x 250 ml
500 ml palack	20 x 500 ml
1 L palack	12 x 1 L

Antimikrobiális tulajdonságok		15 mp	30 mp	1 perc	3 perc
bőrfertőtlenítés injekció és perifériás erek punkciói előtt	Faggyúmirigyekben szegény bőr	•			
bőrfertőtlenítés műtétek előtti, ízületek, testnyílások és üreges szervek punkciói előtt				•	
bőrfertőtlenítés					•
szelektív virucid burkos vírusok ellen beleértve HBV/HIV/HCV	RKI/DVV szerint	•			
	BVDV	•			
	Vaccinia vírus	•			
baktericid	piszkos körülmények esetén, DGHM/VAH ajánlás		•		
yeasticid	piszkos körülmények esetén, DGHM/VAH ajánlás		•		
tuberkulocid	tiszta körülmények esetén			•	

Ügyeljünk arra, hogy a bőrfelület a behatási idő végéig nedves maradjon!

Dr Schumacher – Sz&T Magyarország Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • Iroda, postacím: 1037 Budapest, Jablonka út 71.
Raktár: 1037 Budapest, Szőlőkert köz 9. • Telefon: 36 (1) 278 0837 • Fax: 36 (1) 278 0838
E-mail: info@drschumacher.hu • web: www.drschumacher.hu

Bőrfertőtlenítés

ASEPTODERM® coloured

Színezett alkoholos bőrfertőtlenítő szer

Adagolóeszközök

Adagolópumpa 500 ml/1 l-es PE flakonhoz.

Összetétel

**100g használatra kész oldat hatóanyagtar-
talma:** 2-propanol 63.14 g

Egyéb összetevők:

bután-1,3-diol, lanolin-polioxietilén, tisztított
víz, illatanyag, E 102 és E 127 színezőanyag.

Speciális útmutató

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirri-
tációt okoz. Álomosságot vagy szédülést okozhat.
Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró fe-
lületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtó-
forrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óva-
tos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlen-
csék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása. Csak ép bőrfelületen alkalmaz-
ható. Ne alkalmazzuk nyálkahártyán, és szem
környéki bőr fertőtlenítésére. Mászt tisztító- és
fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elektromos esz-
közhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad
nyúlni. Orvosi tanácsadás esetén, vigye magával
a készítmény címkéjét, csomagolását. Az edény
tartsa szorosan lezárva. A tartalom/edény elhe-
lyezése hulladékként: a helyi/országos előírá-
soknak (meghatározandó) megfelelően.

Szakértői vélemények:

Dr. Pitten, Higiénikus, Gießen

Szakértői jelentés a bőr- és kézfertőtlenítésről
a DGHM/VAH irányelv és az EN 1500/ EN 12791
szabványok alapján.

Prof. Dr. Werner, Higiénikus, Schwerin

Szakértői jelentés a bőrfertőtlenítésről a DGHM/
VAH irányelv szerint. Szakvélemény a Vaccinia-
vírus, BVDV virucid hatásról.

Dr. Steinmann, Virologus, Bremen:

Szakértői jelentés az RKI irányelvek szerinti BVDV
aktivitásról (HCV).

Szakértői jelentés az RKI irányelvek szerinti
Vaccinia-vírus virucid aktivitásról.

Dr. Färber, Higiénikus, Gießen:

Szakértői jelentés a tuberkulocid aktivitásra
vonatkozóan.

Dr. Rapp, Virologus, Ochsenhausen:

Szakértői jelentés a Vaccinia vírus virucid akti-
vításáról az RKI irányelvek szerint.

Szakértői jelentés a BVDV virucid aktivitásáról
az RKI irányelvek szerint.

Környezeti információk

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek
modern, biztonságos és környezetkímélő eljá-
rások mellett készülnek. A magas minőségügyi
szabványok betartása garantálja a termékek
állandó, kiváló minőségét.

Forgalomba hozatali információk

Szerepel a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítő lis-
táján.

Regisztrálva gyógyszerkészítménynek megfe-
lelően Németországban az AMG szerint
(Reg. Szám: 45432.00.00).

Engedélyek

EMMI engedély: engedélyköteles
OKBI bejelentés: bejelentés köteles
OGYÉI bejelentés: nem OGYÉI bejelentés köteles



A Dr. Schumacher GmbH a DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerinti
tanúsítvánnyal és validált környezetvédelmi menedzsment
rendszerrel rendelkezik (az EMAS szerint).
Az IHO, a VCI, a BAH, a DGSV és a DGKH tagja.